

## 仕様書等に関する質疑応答書

番号	仕様書項等	質 門	回 答
1	2.5.1.7	ト レ ー ス 作 業 は 主 に 2.10.21 のタブレット上で実施されると認識しておりますが、バックアップとして大画面モニタの亚克力板を設置させていただきます。しかし、亚克力板は大画面モニタに固定式であり、取り外せないため、水性インク等をご使用いただいた後は清掃作業をお願いできませんでしょうか。	可能です。
2	2.5.3.1	手術室内のクローンモニタの一つは既設の大画面モニタを使用させていただけると認識しておりますが、既設大画面モニタの流用は可能でしょうか。	可能です。
3	2.8.2 2.8.3	手術室内にフットスイッチを2台設置するという認識でしたがよろしいでしょうか。また、手術室の有線型フットスイッチは無線型としても使用できる認識でよろしいでしょうか。	問題ありません。
4	4.2	弊社装置ご提案に際しましては、既存無影灯をご使用いただく事が可能でございます。その場合 4.3-4.10 については対応しないとの認識でよろしいでしょうか。	了承しました。

5	3.9	搬送車の条件が書かれていますが、必要ですか。	必要ありません。
6	3.10.3	カテーテルホルダーは必要ありますか。	必要ありません
7	3.10.4	肩手術用のバックプレートは必要ありますか。	必要ありません。

(注) この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。